

# 시험 성적서

접수번호 : 8220-1509-104664-002

발급번호 : 5520761613

접수일자 : 2020년 11월 06일

발급일자 : 2020년 11월 17일

시료명	MB 35 g	검사목적	연구/참고/기타
제조번호	-	제조일자	-
중량/용량	-	유통(품질유지)기한	-
업체명	(주)제이제이글로벌	대표자	전지영
소재지	경기도 평택시 청북읍 서해로 1442	전화번호	

## 시험 항목 및 결과

시험항목	시험기준	단위	결과	비고
성상	이 부직포는 섬유의 탈락이 거의 없는 흰색의 포(布)로서 냄새는 없다. 또한, 이 부직포는 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않다.	-	이 부직포는 섬유의 탈락이 거의 없는 흰색의 포(布)로서 냄새는 없다. 또한, 이 부직포는 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법
순도시험 (색소)	색을 나타내지 않는다.	-	색을 나타내지 않는다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법
순도시험 (산 또는 알칼리)	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	-	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법
순도시험 (형광증백제)	형광을 나타내지 않아야한다.	-	형광을 나타내지 않는다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법
포름알데히드	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	-	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법
강도	750 g의 질량을 가할 때 1분 이내에 절단되지 않는다.	-	750 g의 질량을 가할 때 1분 이내에 절단되지 않는다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법
회분	1.2 % 이하(5.0 g, 생약시험법)	%	0.1	의약품에 관한 기준 및 시험방법

시험검사자 : 권수지, 박해민, 정예은

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 결과는 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

본 시험성적서는 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 업무와 관련이 없으며, 이로 인한 법적 분쟁시 식품의약품안전처와 관련이 없음을 밝힙니다.

(사)KOTITI시험연구원



# 시험 성적서

접수번호 : 8220-1509-104664-002

발급번호 : 5520761613

접수일자 : 2020년 11월 06일

발급일자 : 2020년 11월 17일

## 시험 항목 및 결과

시험항목	시험기준	단위	결과	비고
액체저항성	30분간 방치할 때 물이 검체를 통과하여 하단 유리에 떨어지지 않는다.	-	30분간 방치할 때 물이 검체를 통과하여 하단 유리에 떨어지지 않는다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법

시험검사자 : 권수지, 박해민, 정예은

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 결과는 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

본 시험성적서는 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 업무와 관련이 없으며, 이로 인한 법적 분쟁시 식품의약품안전처와 관련이 없음을 밝힙니다.

(사)KOTITI시험연구원

