



시험성적서

- 성적서 번호 : CT20-150974K
- 의뢰자
 - 업체명 : 주식회사 제이제이글로벌
 - 주소 : 경기도 평택시 청북읍 서해로 1442 (후사리)
- 시험기간 : 2020년 12월 28일 ~ 2021년 01월 06일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시료명 : MB 35g
- 시험방법
 - (1) 식약처 고시 제2020-85호, 의약품에 관한 기준 및 시험방법, 폴리프로필렌 필터 부직포
- 시험결과
 - 1) MB 35g

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
세균여과효율	%	(1)	을지참조	-	A

※ 본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자명	박지윤	기술책임자명	지창민	지창민
비고:	1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2021년 01월 06일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 27872 충청북도 진천군 덕산읍 정통로 7 ☎ (043)753-3115

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

총 2페이지 중 1페이지

전자문서본(Electronic Copy)

양식TQP-12-01-03(1)

시험성적서


성적서번호 : CT20-150974K

○ 상세 시험결과

시험항목	단 위	시험결과				
		검체 #1	검체 #2	검체 #3	검체 #4	검체 #5
세균여과효율	%	99.9 이상	99.9 이상	99.9 이상	99.9	99.9 이상

○ 시료정보

제조원	업체명	㈜제이제이글로벌
	제조국	한국
	소재지	경기 평택시 청북읍 서해로 1442



— 끝 —